

**Esclarecimento** 26/04/2023 16:59:15

Prezados Senhores, bom dia! Temos a intenção de participar do pregão eletrônico 018/2023 para o item 2 – Compressor Odontológico, porém observamos no descritivo a exigência de gabinete/caixa acústica. Poucos fornecedores possuem esse modelo e seu custo é muito elevado, bem acima do valor estimado no edital. Gostaríamos de saber se poderá ser ofertado e aceito modelo sem o fornecimento do gabinete/caixa acústica? Atenciosamente,

[Fechar](#)